

臺北市政府衛生局 函

地址：110204 臺北市信義區市府路1號東
南區1樓

承辦人：鄭慶浩

電話：1999(外縣市02-27208889)轉7077

傳真：02-27205321

電子信箱：a64058@gov.taipei

受文者：臺北市藥師公會

發文日期：中華民國115年6月22日

發文字號：北市衛食藥字第1153111215號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：應回收產品型號及批號資料1份 (43686454_1153111215_1_ATTACH1.pdf)

主旨：有關誼昇有限公司回收「“艾希優”保德士氣管內管（衛
部醫器輸字第031857號）」醫療器材一案，請轉知所屬會
員配合回收事宜，請查照。

說明：

- 一、依據衛生福利部115年6月17日衛授食字第1151606380號函及誼昇有限公司115年6月2日誼企字第1150602-1號函辦理。
- 二、案係旨揭公司接獲原廠通知，旨揭醫療器材部分產品管徑可能小於預期，導致患者通氣不足發生缺氧，爰該公司啟動回收作業。案經評估，本案受影響產品（如附件所列）依衛生福利部核判係屬第二級回收。
- 三、為保障民眾使用安全，請惠予轉知所屬會員，如有案內產品請配合旨揭公司回收事宜。
- 四、副本抄送各縣市衛生局，請協助轉知轄內機構業者，應配合下架回收事宜。
- 五、檢附應回收產品型號及批號資料1份。

電子
文
騎

7

正本：台北市醫療器材商業同業公會、臺北市儀器商業同業公會、台北市醫師公會、臺
北市藥師公會、臺北市藥劑生公會
副本：各縣市衛生局(除臺北市政府衛生局)(連江縣衛生福利局(已停用)除外)(含附
件)、連江縣衛生局(含附件)



裝

訂

線

